

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS**

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2020-415	<b>REFERENCIA</b> PS/CV/CEL/4549
<b>PRODUCTOS</b> Mascarilla médica	
<b>FABRICANTE</b> Jiangsu Cherish Medical Technology Co., Ltd. No 55 Maqianan Chaoyang Road Jiaoxi Centralized Industrial Zone Zhenlu Tianning Changzhou City, China.	
<b>REPRESENTANTE AUTORIZADO</b> Llins Service & Consulting GmbH, Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Alemania	
<b>ASUNTO</b> Notificación por parte de las autoridades de Alemania de la detección de mascarillas médicas fabricadas por la empresa Jiangsu Cherish Medical Technology Co., Ltd, China, que no cumplen con los requisitos de productos sanitarios. El material de acondicionamiento original fue sustituido por bolsas de plástico antes de su puesta en el mercado europeo y la información en el etiquetado no es suficiente para la identificación del producto. Las autoridades alemanas han requerido al Representante autorizado la retirada de los productos.  De acuerdo a la información facilitada, Llins Service & Consulting GmbH, Alemania ha dejado de actuar como representante autorizado del citado producto a partir del 4 de junio de 2020.  Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: <a href="https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/">https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</a>	

